



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A,B Monoclonal

NÚMERO DO LOTE: 620126-H1 e sublotos (-H2, -H3, -H4, etc)

DATA DE VALIDADE: 08/11/2020

CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm

ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A ₁	1 em 1024	1 em 512	1 em 512	1 em 256
Hemácias A ₂	1 em 512	1 em 512	1 em 256	1 em 512
Hemácias B	1 em 1024	1 em 512	1 em 512	1 em 256

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação)	Hemácias A₁	3 segundos	Hemácias A₂	3 segundos
	Hemácias B	2 segundos		

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias A₁	Grade 5	Hemácias O Negativo
Hemácias A₂	Grade 5	
Hemácias B	Grade 5	

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A,B estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 22 de março de 2018
