



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 69098-A1 e sublotos (-A2; -A3; -A4; etc)
DATA FABRICAÇÃO: 03/01/2019
DATA DE VALIDADE: 03/01/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias R₁r	1 em 8	1 em 512	1 em 512	1 em 64

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação)	Hemácias R₁R₂ 8 segundos	Células R₁r 9 segundos
	Hemácias r'r 10 segundos	

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias R₁R₂	Grade 5	Hemácias R₂R₂ Negativo
Hemácias r'r	Grade 5	Hemácias r''r Negativo
Hemácias R₁r	Grade 5	Hemácias rr Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 14 de janeiro de 2019