



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-D Duoclone Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 740173-J1 e sublotos ( -J2, -J3, -J4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 15/10/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 15/04/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Cartão BioVue</b>	<b>Microplaca</b>
<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b>	1 em 128	1 em 1024	1 em 512	1 em 64

---

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b> 6 segundos	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b> 7 segundos
--	---	---

---

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>
	<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b> Grade 5	<b>Hemácias r'r</b> Negativo
	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b> Grade 5	<b>Hemácias r''r</b> Negativo
	<b>Hemácias D Weak (D<sup>u</sup>)</b> Grade 3	<b>Hemácias rr</b> Negativo
	<b>Hemácias D<sup>VI</sup> Variante</b> Grade 5	

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-D Duoclone estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 27 de janeiro de 2020

---