



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-D Duoclone Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 740176-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 05/08/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 05/02/2023  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Cartão BioVue</b>	<b>Microplaca</b>
<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b>	1 em 128	1 em 512	1 em 256	1 em 128

---

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b>	5 segundos	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b>	5 segundos
--	----------------------------------	------------	--------------------------------	------------

---

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>		<b>Fenótipos Negativos</b>	
	<b>Hemácias O R<sub>1</sub>r</b>	Grade 5	<b>Hemácias r'r</b>	Negativo
	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b>	Grade 5	<b>Hemácias r''r</b>	Negativo
	<b>Hemácias D Weak (D<sup>u</sup>)</b>	Grade 4	<b>Hemácias rr</b>	Negativo
	<b>Hemácias D<sup>VI</sup> Variante</b>	Grade 5		

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-D Duoclone estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 07 de setembro de 2020

---