



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-c Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 692100-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 18/09/2018  
**DATA DE VALIDADE:** 18/09/2020  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias R <sub>1</sub> r	1 em 256	1 em 512	1 em 512	1 em 512

---

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> 20 segundos	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> 20 segundos
	<b>Hemácias r'r</b> 18 segundos	

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> Grade 5	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>1</sub></b> Negativo
	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> Grade 5	
	<b>Hemácias r'r</b> Grade 5	

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-c estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**   
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 25 de setembro de 2018

---