



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-c Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 692101-B1 e sublotes ( -B2, -B3, -B4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 21/02/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 21/02/2021  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias R <sub>1</sub> r	1 em 64	1 em 512	1 em 512	1 em 128

---

<b>AVIDEZ:</b> (1 <sup>o</sup> sinal de aglutinação)	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> 10 segundos	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> 11 segundos
	<b>Hemácias r'r</b> 10 segundos	

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b> Grade 5	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>1</sub></b> Negativo
	<b>Hemácias R<sub>1</sub>r</b> Grade 5	
	<b>Hemácias r'r</b> Grade 5	

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-c estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**   
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 17 de junho de 2019

---