



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Albumina Sorológica 22%

NÚMERO DO LOTE: 451148-A1 e sublotos (-A2; -A3; -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 31/05/2019

DATA DE VALIDADE: 31/05/2021

CONSERVANTE: 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm

ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

FONTE DE BSA: A albumina de soro bovino utilizada foi obtida de um rebanho de fêmeas, fechado desde 1980, em que nenhum animal foi clinicamente suspeito de ter encefalopatia espongiforme bovina (BSE), e que não foram alimentados com rações contendo proteínas derivadas de ruminantes durante este período.

POTÊNCIA: Este lote de Albumina Sorológica (BSA) a 22% demonstrou potência sorológica adequada e nenhuma hemólise foi observada nos testes com este lote.

CONTROLE DE QUALIDADE: Este lote de Albumina Sorológica (BSA) a 22% está de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 25 de junho de 2019
