



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-A<sub>1</sub>  
**NÚMERO DO LOTE:** 116124-B1 e sublotos ( -B2, -B3, -B4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 14/02/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 14/02/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C

---

**POTÊNCIA:**

	Teste em tubo
Hemácias A <sub>1</sub>	1 em 16

---

**ESPECIFICIDADE:**

Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
Hemácias A <sub>1</sub>	Grade 5	Hemácias A <sub>2</sub>	Negativo
Hemácias A <sub>1</sub> B	Grade 5	Hemácias A <sub>2</sub> B	Negativo
		Hemácias B	Negativo
		Hemácias O	Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A<sub>1</sub> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 27 de fevereiro de 2020

---