



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 600141-H1 e sublotes (-H2, -H3, -H4, etc)
DATA DE VALIDADE: 06/02/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: 0,005% de Azul Patentado
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A ₁	1 em 512	1 em 256	1 em 256	1 em 512
Hemácias A ₂ B	1 em 64	1 em 64	1 em 32	1 em 64

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação) Hemácias A₁ 2 segundos Hemácias A₂B 2 segundos

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias A ₁	Grade 5	Hemácias B Negativo
Hemácias A ₂ B	Grade 5	Hemácias O Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 14 de maio de 2018
