



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 600144-F1 e sublotos (-F2, -F3, -F4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 23/07/2018
DATA DE VALIDADE: 23/07/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: 0,005% de Azul Patenteado
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A₁	1 em 256	1 em 128	1 em 256	1 em 128
Hemácias A₂B	1 em 64	1 em 32	1 em 64	1 em 32

AVIDEZ: (1^o sinal de aglutinação)

Hemácias A₁	3 segundos	Hemácias A₂B	3 segundos
-------------------------------	------------	--------------------------------	------------

ESPECIFICIDADE:

Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
Hemácias A₁	Grade 5	Hemácias B	Negativo
Hemácias A₂B	Grade 5	Hemácias O	Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 18 de outubro de 2018
