



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 600148-F1 e sublotos ( -F2, -F3, -F4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 24/07/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 24/07/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** 0,005% de Azul Patenteado  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A <sub>1</sub>	1 em 128	1 em 256	1 em 256	1 em 128
Hemácias A <sub>2</sub> B	1 em 128	1 em 128	1 em 128	1 em 64

---

**AVIDEZ:** (1<sup>o</sup> sinal de aglutinação)

<b>Hemácias A<sub>1</sub></b>	2 segundos	<b>Hemácias A<sub>2</sub>B</b>	5 segundos
-------------------------------	------------	--------------------------------	------------

---

**ESPECIFICIDADE:**

Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
<b>Hemácias A<sub>1</sub></b>	Grade 5	<b>Hemácias B</b>	Negativo
<b>Hemácias A<sub>2</sub>B</b>	Grade 5	<b>Hemácias O</b>	Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 21 de outubro de 2019

---