



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C3d Monoclonal
NÚMERO DE LOTE: 42795-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 25/07/2018
DATA DE VALIDADE: 25/07/2020
CONSERVANTE < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C
TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| POTÊNCIA Anti-C3d: | Teste do Reagente C3d: | Padrão da Potência C3d: |
| | Hemácias EC3d: 1 em 16 | Hemácias EC3d: 1 em 8 |

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C3d estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 01 de agosto de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)
