



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C3d Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 42796-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 14/01/2019

DATA DE VALIDADE: 14/01/2021

CONSERVANTE < 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA Anti-C3d:	Teste do Reagente C3d:	Padrão da Potência C3d:
	Hemácias EC3d: 1 em 16	Hemácias EC3d: 1 em 2

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C3d estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 17 de janeiro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)
