



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C^w Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 75018-A1 e sublotes (-A2, -A3, A-4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 29/10/2018
DATA DE VALIDADE: 29/10/2020
CONSERVANTE: 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão BioVue	Cartão DiaMed	Microplaca
	Células R ₁ ^w r	1 em 16	1 em 128	1 em 64


AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação) Células R₁^wr 14 segundos

ESPECIFICIDADE:

Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
Células R ₁ ^w R ₁	Grade 5	Células R ₁ r	Negativo
		Células R ₁ R ₁	Negativo
		Células r'r	Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C^w estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 21 de novembro de 2018
