



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C<sup>w</sup> Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 75020-A1 e sublotes ( -A2, -A3, A-4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 13/08/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 13/08/2021  
**CONSERVANTE:** 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão BioVue	Cartão DiaMed	Microplaca
Células R <sub>1</sub> <sup>w</sup> r	1 em 16	1 em 256	1 em 256	1 em 128

---

**AVIDEZ:** (1º sinal de aglutinação) Células R<sub>1</sub><sup>w</sup>r 15 segundos

---

**ESPECIFICIDADE:**


Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
Células R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	Grade 5	Células R <sub>1</sub> r	Negativo
		Células R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	Negativo
		Células r'r	Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C<sup>w</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 20 de agosto de 2019

---