



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C<sup>w</sup> Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 75021-A1 e sublotes ( -A2, -A3, A-4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 04/12/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 04/12/2021  
**CONSERVANTE:** 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão BioVue</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Microplaca</b>
<b>Células R<sub>1</sub><sup>w</sup>r</b>	1 em 64	1 em 512	1 em 256	1 em 64

---

**AVIDEZ:** (1º sinal de aglutinação) **Células R<sub>1</sub><sup>w</sup>r** 4 segundos

---

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>
<b>Células R<sub>1</sub><sup>w</sup>R<sub>1</sub></b>	Grade 5	<b>Células R<sub>1</sub>r</b> Negativo <b>Células R<sub>1</sub>R<sub>1</sub></b> Negativo <b>Células r'r</b> Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C<sup>w</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 09 de dezembro de 2019

---