



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-E Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 69189-A1 e todos os sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 04/03/2019
DATA DE VALIDADE: 04/03/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
	Células R ₂ r	1 em 256	1 em 512	1 em 512

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação)	Células R ₂ r	12 segundos
	Células R ₁ R ₂	9 segundos
	Células r''r	7 segundos

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos		
	Células R ₁ R ₂	Grade 5	Células R ₁ R ₁	Negativo
	Células r''r	Grade 5	Células r'r	Negativo
	Células R ₂ r	Grade 5	Células rr	Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-E estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 02 de abril de 2019
