



# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Fy<sup>a</sup> Monoclonal

**NÚMERO DE LOTE:** 77430-A1 e todos os sublotos (- A2, -A3, -A4, etc)

**DATA FABRICAÇÃO:** 18/09/2019

**DATA DE VALIDADE:** 18/09/2021

**CONSERVANTE** 0.1% de Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão Diamed</b>	<b>Cartão Ortho</b>
<b>Hemácias Fy(a+b+)</b>	1 em 16	1 em 128	1 em 128

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>
<b>Hemácias Fy(a+b+):</b>	Grade 5	<b>Hemácias Fy(a-):</b> Negativo

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Fy<sup>a</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 30 de setembro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)