



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Fy^b Policlonal

NÚMERO DE LOTE: 31790-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 16/04/2020

DATA DE VALIDADE: 16/04/2022

CONSERVANTE 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

| POTÊNCIA: | Teste em tubo | Cartão Diamed | Cartão BioVue |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hemácias Fy(a+b+) | 1 em 16 | 1 em 32 | 1 em 32 |

ESPECIFICIDADE:

| Fenótipos Positivos | Fenótipos Negativos |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hemácias Fy(a+b+): Grade 5 | Hemácias Fy(b-): Negativo |

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Fy^b estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 21 de abril de 2020

(Gerente do Laboratório ou Designado)