



# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente Monospecific Anti-Human IgG AHG - Clear

**NÚMERO DE LOTE:** 40175-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 26/09/2018

**DATA DE VALIDADE:** 26/09/2020

**CONSERVANTE** < 0.1% de Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

**POTÊNCIA Anti-IgG:**      **Teste do Reagente AHG:**      **Potência do IgG na preparação:**  
**Hemácias R<sub>1r</sub>:** 1 em 1024      **Hemácias R<sub>1r</sub>:** 1 em 512

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-IgG AHG ( Clear ) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

---

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 10 de outubro de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)

---