



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente Monospecific Anti-Human IgG AHG - Clear
NÚMERO DE LOTE: 40176-B1 e sublotos (-B2, -B3, -B4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 10/02/2019
DATA DE VALIDADE: 10/02/2021
CONSERVANTE < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C
TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA Anti-IgG: **Teste do Reagente AHG:** **Potência do IgG na preparação:**
Hemácias R_{1r}: 1 em 512 **Hemácias R_{1r}:** 1 em 256

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-IgG AHG (Clear) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 25 de fevereiro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)
