



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Jk^a Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 77502-A1 e todos os sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 03/10/2019

DATA DE VALIDADE: 03/10/2021

CONSERVANTE 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:

Teste em tubo

Hemácias Jk(a+b+) 1 em 8

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	Hemácias Jk(a+b+): Grade 5	Hemácias Jk(a-): Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE:

As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Jk^a estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 14 de outubro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)