



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Jk^a Monoclonal
NÚMERO DE LOTE: 77505-A1 e todos os sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 19/10/2020
DATA DE VALIDADE: 19/10/2022
CONSERVANTE 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C
TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:

Teste em tubo

Hemácias Jk(a+b+) 1 em 16

ESPECIFICIDADE:

Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias Jk(a+b+): Grade 5	Hemácias Jk(a-): Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE:

As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Jk^a estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 28 de outubro de 2020

(Gerente do Laboratório ou Designado)
