



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-K (Kell) Monoclonal
NÚMERO DO LOTE: 76090-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 21/02/2019
DATA DE VALIDADE: 21/02/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias Kk	1 em 128	1 em 512	1 em 128	1 em 512

AVIDEZ: (1º sinal de aglutinação) **Hemácias Kk** 19 segundos

ESPECIFICIDADE:	Fenótipo Positivo	Fenótipo Negativo
Hemácias Kk	Grade 5	Hemácias kk Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-K estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 04 de março de 2019
