



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-K ( Kell ) Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 76096-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 17/07/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 17/07/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias Kk	1 em 128	1 em 256	1 em 64	1 em 256

---

**AVIDEZ:** (1º sinal de aglutinação) Hemácias Kk 6 segundos

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipo Positivo	Fenótipo Negativo
Hemácias Kk	Grade 5	Hemácias kk Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-K estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 09 de novembro de 2020

---