



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Kp^a Policlonal

NÚMERO DE LOTE: 32184-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 05/02/2019

DATA DE VALIDADE: 05/02/2021

CONSERVANTE < 0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão Diamed	Cartão BioVue
Hemácias Kp(a+b+)	1 em 4	1 em 8	1 em 8

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias Kp(a+b+):	Grade 4	Hemácias Kp(a-): Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Kp^a estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 12 de fevereiro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)