



**LORNE LABORATORIES LTD**



## **PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO**

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Le<sup>a</sup> Monoclonal

**NÚMERO DE LOTE:** 63206-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 31/10/2018

**DATA DE VALIDADE:** 31/10/2020

**CONSERVANTE** <0,1 % de Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Cartão BioVue</b>
	<b>Hemácias Le(a+b-) 1 em 64</b>	1 em 64	1 em 64

---

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipo Positivo</b>	<b>Fenótipo Negativo</b>
	<b>Hemácias Le(a+b-) Grade 5</b>	<b>Hemácias Le(a-) Negativo</b>

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Le<sup>a</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 13 de novembro de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)

---