



LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Le<sup>a</sup> Monoclonal  
**NÚMERO DE LOTE:** 63207-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 11/03/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 11/03/2021  
**CONSERVANTE** <0,1 % de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm  
**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
<b>Hemácias Le(a+b-)</b>	1 em 256	1 em 64	1 em 64

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipo Positivo	Fenótipo Negativo
<b>Hemácias Le(a+b-) Grade 5</b>		<b>Hemácias Le(a-) Negativo</b>

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Le<sup>a</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 20 de março de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)

---