



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Le^b Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 63189-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 19/11/2018

DATA DE VALIDADE: 19/11/2020

CONSERVANTE < 0,1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

POTÊNCIA: Teste em tubo

Hemácias Le(b+): 1 em 64

ESPECIFICIDADE:

Fenótipo Positivo

Fenótipo Negativo

Hemácias Le(b+): Grade 4

Hemácias Le(b-): Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE:

As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Le^b estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 03 de dezembro de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)