



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-N
NÚMERO DO LOTE: 31282-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 18/02/2019
DATA DE VALIDADE: 18/02/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

POTÊNCIA:	Teste em tubo		Cartão Diamed	
	Hemácias MN	1 em 32		1 em 32

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
	Hemácias MN	Grade 5	Hemácias MM	Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-N estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 26 de fevereiro de 2019
