



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-N
NÚMERO DO LOTE: 31284-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 05/09/2019
DATA DE VALIDADE: 05/09/2021
CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

| POTÊNCIA: | Teste em tubo | Cartão Diamed |
|-----------|--------------------|---------------|
| | Hemácias MN | 1 em 8 |

| ESPECIFICIDADE: | Fenótipos Positivos | Fenótipos Negativos |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Hemácias MN | Grade 5 |

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-N estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR: 
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 12 de setembro de 2019
