



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-N  
**NÚMERO DO LOTE:** 31285-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 21/01/2020  
**DATA DE VALIDADE:** 21/01/2022  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C

---

**POTÊNCIA:****Teste em tubo****Cartão Diamed****Hemácias MN**

1 em 8

1 em 8

---

**ESPECIFICIDADE:****Fenótipos Positivos****Fenótipos Negativos****Hemácias MN**

Grade 5

**Hemácias MM**

Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:**

As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-N estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:****DATA:** 28 de janeiro de 2020

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)