



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-P₁ Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 31553-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 08/03/2019

DATA DE VALIDADE: 08/03/2021

CONSERVANTE: <0.1% de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
Hemácias P1 Positivo	1 em 128	1 em 64	1 em 64

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	P ₁ Positivo Grade 5	P ₁ Negativo Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência, avidéz e especificidade) desse lote de Anti-P₁ estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 20 de março de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)