




# LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

<b>PRODUTO:</b>	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-S Monoclonal		
<b>NÚMERO DE LOTE:</b>	77023-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )		
<b>DATA FABRICAÇÃO:</b>	07/09/2018		
<b>DATA DE VALIDADE:</b>	07/09/2020		
<b>CONSERVANTE</b>	<0.1% de Azida Sódica w/v		
<b>CORANTE:</b>	Nenhum		
<b>ESTERILIDADE:</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm		
<b>ARMAZENAMENTO:</b>	Refrigerado à 2 – 8°C		
<b>TESTE MICROBIOLÓGICO</b>	Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.		
<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão Diamed</b>	<b>Cartão Ortho</b>
	<b>Hemácias Ss</b>	1 em 8	1 em 64
		1 em 64	1 em 64
<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>	
	<b>Hemácias Ss:</b> Grade 5	<b>Hemácias ss:</b> Negativo	
<b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b>	As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-S estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".		
<b>LIBERADO POR:</b>	<hr/>  (Laboratory Manager or Nominee) <b>DATA:</b> 19 de setembro de 2018 (Gerente do Laboratório ou Designado)		