



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-e Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 69393-B1 e sublotos ( -B2, -B3, -B4, etc )  
**DATA FABRICAÇÃO:** 10/07/2019  
**DATA DE VALIDADE:** 10/07/2021  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** Nenhum  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

---

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Cartão BioVue</b>	<b>Microplaca</b>
<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b>	1 em 16	1 em 128	1 em 64	1 em 32

---

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b>	8 segundos
	<b>Hemácias R<sub>2</sub>r</b>	8 segundos
	<b>Hemácias r''r</b>	8 segundos

---

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>
	<b>Células R<sub>1</sub>R<sub>2</sub></b>	<b>Células R<sub>2</sub>R<sub>2</sub></b> Negativo
	<b>Células R<sub>2</sub>r</b>	
	<b>Células r''r</b>	

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-e estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**   
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

---

**DATA:** 24 de julho de 2019