



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-k (cellano) Monoclonal
NÚMERO DE LOTE: 32505-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 27/04/2020
DATA DE VALIDADE: 27/04/2022
CONSERVANTE 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril de 0,2 µm
ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C
TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
Hemácias Kk	1 em 32	1 em 32	1 em 64

ESPECIFICIDADE:	Fenótipo Positivo	Fenótipo Negativo
	Hemácias Kk: Grade 5	Hemácias KK: Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-k (cellano) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “ Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido ”.

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 26 de maio de 2020