



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-s Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 77117-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 03/01/2019

DATA DE VALIDADE: 03/01/2021

CONSERVANTE < 0,1% Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
Hemácias Ss	1 em 8	1 em 128	1 em 32

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias Ss:	Grade 5	Hemácias SS: Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-s estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 15 de janeiro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)