



LORNE LABORATORIES LTD



## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-s Monoclonal

**NÚMERO DE LOTE:** 77118-A1 e sublotos ( -A2, -A3, -A4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 16/04/2019

**DATA DE VALIDADE:** 16/04/2021

**CONSERVANTE** < 0,1% Azida Sódica w/v

**CORANTE:** Nenhum

**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm

**ARMAZENAMENTO:** Refrigerado à 2 – 8°C

**TESTE MICROBIOLÓGICO** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
<b>Hemácias Ss</b>	1 em 32	1 em 128	1 em 128

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
<b>Hemácias Ss:</b>	Grade 5	<b>Hemácias SS:</b> Negativo

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-s estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"

**LIBERADO POR:**

  
(Laboratory Manager or Nominee)

**DATA:** 29 de abril de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)