



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente Elite Polyspecific AHG (Anti-Human Globulin) Green
NÚMERO DE LOTE: 43598-B1 e sublotos (-B2, -B3, -B4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 26/09/2018
DATA DE VALIDADE: 26/09/2020
CONSERVANTE < 0.1% de Azida Sódica w/v
CORANTE: 0,002% de Azul Patenteado e 0,002% de Tartrazina
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C
TESTE MICROBIOLÓGICO Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA Anti-IgG:	Teste do Reagente AHG:	Potência do IgG na preparação:
	Hemácias R₁r: 1 em 1024	Hemácias R₁r: 1 em 512

POTÊNCIA Anti-C3d:	Teste do Reagente AHG:	Potência do C3d na preparação:
	Hemácias EC3d: 1 em 16	Hemácias EC3d: 1 em 8

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Elite Polyspecific Anti-Globulina Humana (Green) estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 04 de outubro de 2018

(Gerente do Laboratório ou Designado)
