



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Papenzyme

NÚMERO DO LOTE: 44190-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 29/08/2019

DATA DE VALIDADE: 29/08/2020

CONSERVANTE: 0.025% de cloranfenicol w/v e 0.025% de fenol w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm

ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

RESULTADOS DOS TESTES: Reações positivas não desejadas: Negativo para Hemácias A₁, B e O

Determinação da potência: Aglutinação Grade 5 para 3 Hemácias OR_{1r}

CONTROLE DE QUALIDADE:

Este lote de Papenzyme está de acordo com os requerimentos descritos na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 04 de setembro de 2019
