



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Papenzyme
NÚMERO DO LOTE: 44192-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)
DATA FABRICAÇÃO: 09/03/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CONSERVANTE: 0.025% de cloranfenicol w/v e 0.025% de fenol w/v
CORANTE: Nenhum
ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

RESULTADOS DOS TESTES: Reações positivas não desejadas: Negativo para Hemácias A₁, B e O
Determinação da potência: Aglutinação Grade 5 para 3 Hemácias OR_{1r}

CONTROLE DE QUALIDADE: Este lote de Papenzyme está de acordo com os requerimentos descritos na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 07 de abril de 2020
