



LORNE LABORATORIES LTD

PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-H

NÚMERO DO LOTE: 115100-A1 e sublotes (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 28/04/2020

DATA DE VALIDADE: 28/04/2022

CONSERVANTE: < 0.1% de Azida Sódica w/v


CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm

ARMAZENAGEM: Refrigerado à 2 – 8 °C

CONTROLE DE QUALIDADE: Este lote de Lectina Anti-H cumpre os requisitos de especificidade determinados pelo fabricante (in-house).

LIBERADO POR:


(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 18 de maio de 2020
