



LORNE LABORATORIES LTD



PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUTO: Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Le^a Monoclonal

NÚMERO DE LOTE: 63209-A1 e sublotos (-A2, -A3, -A4, etc)

DATA FABRICAÇÃO: 08/11/2019

DATA DE VALIDADE: 08/11/2021

CONSERVANTE <0,1 % de Azida Sódica w/v

CORANTE: Nenhum

ESTERILIDADE: Produto filtrado através de filtro estéril de 0,2µm

ARMAZENAMENTO: Refrigerado à 2 – 8°C

TESTE MICROBIOLÓGICO: Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue
Hemácias Le(a+b-)	1 em 128	1 em 128	1 em 128

ESPECIFICIDADE:	Fenótipo Positivo	Fenótipo Negativo
Hemácias Le(a+b-) Grade 5		Hemácias Le(a-) Negativo

CONTROLE DE QUALIDADE: As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Le^a estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"

LIBERADO POR:


(Laboratory Manager or Nominee)

DATA: 13 de novembro de 2019

(Gerente do Laboratório ou Designado)
