



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificado de Análise

<b>PRODUCT:</b>	Anti-C Monoclonal Blood Grouping Reagent			
<b>PRODUTO:</b>	Reagente de Grupo Sanguíneo Monoclonal Anti-C			
<b>LOT NUMBER:</b>	690113-A1 and all sub-lots (i.e. 690113-A2, 690113-A3, 690113-A4, etc)			
<b>NÚMERO DE LOTE:</b>	690113-A1 e todos os sublotos (e.x. 690113-A2, 690113-A3, 690113-A4, etc)			
<b>MANUFACTURE DATE:</b>	2022-05-19			
<b>DATA DE FABRICAÇÃO:</b>	19/05/2022			
<b>EXPIRY DATE:</b>	2024-05-19			
<b>DATA DE VALIDADE:</b>	19/05/2024			
<b>PRESERVATIVE:</b>	<0.1% Sodium Azide w/v			
<b>CONSERVANTE:</b>	0.1% de Azida Sódica w/v			
<b>DYE:</b>	None			
<b>CORANTE:</b>	Nenhum			
<b>STERILITY:</b>	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter			
<b>ESTERILIDADE:</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm			
<b>STORAGE:</b>	Refrigerate at 2 – 8°C			
<b>ARMAZENAMENTO:</b>	Refrigerado à 2 – 8°C			
<b>MICRO TESTING:</b>	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg			
<b>MICRO TESTE:</b>	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para ser não reativo para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg			
<b>POTENCY:</b>	<b>Tube Test:</b>	<b>BioVue Card</b>	<b>DiaMed Card</b>	<b>Microplate</b>
<b>POTÊNCIA:</b>	<b>(Teste em tubo)</b>	<b>(Cartão BioVue)</b>	<b>(Cartão DiaMed)</b>	<b>Microplaca</b>
	<b>O R1r Cells</b>	1 in 16	1 in 128	1 in 128
	<b>Células O R1r</b>	1 em 16	1 em 128	1 em 128
<b>AVIDITY:</b> (1st sign of agglutination)	<b>R1R2 Cells</b>	<b>4 seconds</b>	<b>r'r Cells</b>	<b>5 seconds</b>
<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de Aglutinação)	<b>Células R1R2</b>	<b>4 segundos</b>	<b>Células r'r</b>	<b>4 segundos</b>
<b>SPECIFICITY:</b>	<b>Positive Phenotypes</b>		<b>Negative Phenotypes</b>	
<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>		<b>Fenótipos Negativos</b>	
	<b>R1R2 Cells</b>	Grade 5	<b>R2R2 Cells</b>	Negative
	<b>Células R1R2</b>	Grau 5	<b>Células R2R2</b>	Negativo
	<b>r'r Cells</b>	Grade 5	<b>r''r Cells</b>	Negative
	<b>Células r'r</b>	Grau 5	<b>Células r''r</b>	Negativo
	<b>R1r Cells</b>	Grade 5	<b>rr Cells</b>	Negative
	<b>Células R1r</b>	Grau 5	<b>Células rr</b>	Negativo
<b>QUALITY CONTROL:</b>	The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-C conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK"			
<b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b>	As características (potência e especificidade) deste lote de Anti-C estão em conformidade com as especificações indicadas na edição atual de "As Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"			

**RELEASED BY:**

**DATE:** 15 June 2022

**LIBERADO POR:**

**DATA:** 15 de Junho 2022



Technical Administrator  
Administrador Técnico

---