



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT:	Anti-A ₁ Lectin Blood Grouping Reagent
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-A ₁
LOT NUMBER:	116130-F1 and all sub-lots (i.e. 116130-F2, 116130-F3, 116130-F4, etc.)
NÚMERO DE LOTE:	116130-F1 e todos os sublotos (e.x. 116130-F2, 116130-F3, 116130-F4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2022-02-14
DATA DE FABRICAÇÃO:	14/02/2022
EXPIRY DATE:	2024-02-14
DATA DE VALIDADE:	14/02/2024
PRESERVATIVE:	<0.1% Sodium Azide w/v
CONSERVANTE:	0.1% de Azida Sódica w/v
DYE:	None
CORANTE:	Nenhum
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C

POTÊNCIA:	Tube Test: (Teste em tubo)			
POTENCY:	A ₁ Cells	1 in 8		
	Células A ₁	1 em 8		
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes		Negative Phenotypes	
	Fenótipos Positivos		Fenótipos Negativos	
	A ₁ Cells	Grade 5	A ₂ Cells	Negative
	Células A ₁	Grau 5	Células A ₂	Negativo
	A ₁ B Cells	Grade 5	A ₂ B Cells	Negative
ESPECIFICIDADE:	Células A ₁ B	Grau 5	Células A ₂ B	Negativo
			B Cells	Negative
			Células B	Negativo
			O Cells	Negative
			Células O	Negativo

QUALITY CONTROL: This lot of Anti-A₁ meets the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK.

CONTROLE DE QUALIDADE: As características de potência e especificidade desse lote de Anti-A₁ estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

Technical Administrator
(Administrador Técnico)

DATE: 24 February 2022

DATA: 14 de fevereiro de 2022