



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL  
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT:	Anti-Kp <sup>a</sup> Polyclonal Blood Grouping Reagent
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Kp <sup>a</sup> Policlonal
LOT NUMBER:	32191-A1 and all sub-lots (i.e. 32191-A2, 32191-A3, 32191-A4, etc.)
NÚMERO DE LOTE:	32191-A1 e todos os sublotes (e.x. 32191-A2, 32191-A3, 32191-A4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2021-12-13
DATA DE FABRICAÇÃO:	13/12/2021
EXPIRY DATE:	2023-12-13
DATA DE VALIDADE:	13/12/2023
PRESERVATIVE CONSERVANTE:	<0.1% Sodium Azide w/v <0.1% de Azida Sódica m/v
DYE CORANTE:	None Nenhum
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C

**MICRO TESTING:** Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg

**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Materiais de origem usados na produção deste lote foram testados na origem e considerados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg

POTÊNCIA:	Tube Test (Teste em tubo)	BioVue Card (Cartão BioVue)	Diamed Card (Cartão Diamed)
POTENCY:	<b>Kp(a+b+) Cells</b> 1 in 4	1 in 8	1 in 4
	<b>Células Kp(a+b+)</b> 1 em 4	1 em 8	1 em 4
SPECIFICITY:	<b>Positive Phenotypes</b> <b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Negative Phenotypes</b> <b>Fenótipos Negativos</b>	
ESPECIFICIDADE:	<b>Kp(a+b+) Cells</b> Grade 3	<b>Kp(a-) Cells</b> Negative	Negative
	<b>Células Kp(a+b+)</b> Grau 3	<b>Células Kp(a-)</b> Negative	Negativo

**QUALITY CONTROL:** The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti Kp<sup>a</sup> conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in UK".

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-Kp<sup>a</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

DATE: 31 January 2021

DATA: 31 de Janeiro de 2021

(Technical Administrator)  
Administrador Técnico