



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL  
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-Lu <sup>b</sup> Polyclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Lu <sup>b</sup> Policlonal		
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	33145-A1 and all sub-lots (i.e. 33145-A2, 33145-A3, 33145-A4, etc.) 33145-A1 e todos os sublotos (e.x. 33145-A2, 33145-A3, 33145-A4, etc)		
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-01-04 04/01/2022		
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-01-04 04/01/2024		
PRESERVATIVE CONSERVANTE	<0.1% Sodium Azide w/v 0.1% de Azida Sódica w/v		
DYE CORANTE:	None Nenhum		
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm		
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C		
MICRO TESTING:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg		
TESTE MICROBIOLÓGICO:	Materiais de origem usados na produção deste lote foram testados na origem e considerados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg		
POTÊNCIA: POTENCY:	<b>Tube Test:</b> (Teste em tubo)	<b>BioVue Card</b> (Cartão BioVue)	<b>Diamed Card</b> (Cartão Diamed)
	<b>Lu(a+b+) Cells</b> <b>Células Lu(a+b+)</b>	1 in 4 1 em 4	1 in 8 1 em 8
	<b>Positive Phenotypes</b> <b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Negative Phenotypes</b> <b>Fenótipos Negativos</b>	
SPECIFICITY:	<b>Lu(a+b+) Cells</b>	Grade 3	<b>Lu(b-) Cells</b> Negative
ESPECIFICIDADE:	<b>Células Lu(a+b+)</b>	Grade 3	<b>Células Lu(b-)</b> Negativo
QUALITY CONTROL: CONTROLE DE QUALIDADE:	This lot of Anti-Lu <sup>b</sup> meets the potecy and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK. As características de potência e especificidade desse lote de Anti-Lu <sup>b</sup> estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.		

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

Technical Administrator  
Administrador Técnico

DATE: 13 January 2022

DATA: 13 de Janeiro de 2022