



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificado de Análise

PRODUCT:	Anti-e Monoclonal Blood Grouping Reagent
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Monoclonal Anti-e
LOT NUMBER:	693104-A1 and all sub-lots (i.e. 693104-A2, 693104-A3, 693104-A4, etc)
NÚMERO DE LOTE:	693104-A1 e todos os sublotos (e.x. 693104-A2, 693104-A3, 693104-A4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2022-04-06
DATA DE FABRICAÇÃO:	06/04/2022
EXPIRY DATE:	2024-04-06
DATA DE VALIDADE:	06/04/2024
PRESERVATIVE:	<0.1% Sodium Azide w/v
CONSERVANTE:	0.1% de Azida Sódica w/v
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C

MICRO TESTING: Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg
MICRO TESTE: Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para ser não reativo para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTENCY:	Tube Test:	BioVue Card	DiaMedCard	Microplate
	(Teste em tubo)	(Cartão BioVue)	(Cartão DiaMed)	(Microplca)
POTÊNCIA:	R2r Cells	1 in 512	1 in 256	1 in 512
	Células R2r	1 em 512	1 em 256	1 em 256

AVIDITY: (1st sign of agglutination)
AVIDEZ: (1º sinal de Aglutinação)

R1R2 Cells	5 seconds	R2r Cells	5 seconds	r''r Cells	4 seconds
Células R1R2	5 segundos	Células R2r	5 segundos	Celulas r11r	4 segundos

SPECIFICITY:	Positive Phenotypes	Negative Phenotypes
ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
	R1R2 Cells	R2R2 Cells
	Células R1R2	Células R2R2
	R2r Cells	
	Células R2r	
	r''r Cells	
	Células r''r	

QUALITY CONTROL: This lot of Anti-e conforms to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK" and the Common Technical Specifications (CTS).

CONTROLE DE QUALIDADE: Este lote de Anti-e está em conformidade com as especificações indicadas na atual edição de "As Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no UK" e as Especificações Técnicas Comuns (CTS).

RELEASED BY:

LIBERADO POR:



DATE: 3 May 2022

DATA: 3 de maio de 2022

Technical Administrator
Administrador Técnico
