



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificado de Análise

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-D Duoclone Monoclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Monoclonal Duoclone Anti-D
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	740183-C1 and all sub-lots (i.e. 740183-C2, 740183-C3, 740183-C4, etc) 740183-C1 e todos os sublotes (e.x. 740183-C2, 740183-C3, 740183-C4, etc)
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-06-28 28/06/2022
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-12-28 28/12/2024
PRESERVATIVE CONSERVANTE	<0.1% Sodium Azide w/v 0.1% de Azida Sódica w/v
DYE CORANTE:	None Nenhum
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C

MICRO TESTING:
MICRO TESTE:

Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg
Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para ser não reativo para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

POTENCY POTÊNCIA	Tube Test: (Teste em tubo)	BioVue Card (Cartão BioVue)	DiaMedCard (Cartão DiaMed)	Microplate (Microplca)
O R1r Cells Células O R1r	1 in 64 1 em 64	1 in 256 1 em 256	1 in 256 1 em 256	1 in 128 1 em 128

AVIDITY: (1st sign of agglutination) AVIDEZ: (1º sinal de Aglutinação)	O R1r Cells Células O R1r	8 seconds 8 segundos	R2r Cells R2r Células	7 seconds 7 segundos
---	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos	Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
O R1r Cells Células O R1r	Grade 5 Grau 5	r'r Cells Células r'r	Negative Negativo
R2r Cells Células R2r	Grade 5 Grau 5	r''r Cells Células r''r	Negative Negativo
Weak D (Du) Cells Células Weak D (Du)	Grade 3 Grau 3	rr Cells Células rr	Negative Negativo
Variant DVI Cells Células Variant DVI	Grade 3 Grau 3		

QUALITY CONTROL:
CONTROLE DE QUALIDADE:

This lot of Anti-D Duoclone conforms to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK" and the Common Technical Specifications (CTS).
Este lote de Anti-D Duoclone está em conformidade com as especificações indicadas na atual edição de "As Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no UK" e as Especificações Técnicas Comuns (CTS).

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alma', is centered at the top of the page.

DATE: 2 AUGUST 2022

DATA: 2 de AGOSTO 2022

QA ASSOCIATE
ASSOCIADO DE GARANTIA DE
QUALIDADE
