



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-Fy ^b Polyclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Fy ^b Policlonal		
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	31796-A1 and all sub-lots (i.e 31796-A2, 31796-A3, 31796-A4 etc) 31796-A1 e todos os sublotes (e.x. 31796-A2, 31796-A3, 31796-A4 , etc)		
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-04-27 27/04/2022		
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-04-27 27/04/2024		
PRESERVATIVE CONSERVANTE	< 0.1% Sodium Azide w/v < 0.1% de Azida Sódica w/v		
DYE CORANTE:	None Nenhum		
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm		
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C		
MICRO TESTING: TESTE MICROBIOLÓGICO:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg. Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.		
POTENCY: POTÊNCIA:	Tube Test (Teste em tubo)	BioVue Card (Cartão BioVue)	Diamed Card (Cartão Diamed)
	Fy(a+b+) Cells Células Fy(a+b+)	1 in 16 1 em 16	1 in 16 1 em 16
SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos	Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
	Fy(a+b+) Cells Células Fy(a+b+)	Grade 4 Grau 4	Fy(b-) Cells Células Fy(b-) Negative Negativo
QUALITY CONTROL: CONTROLE DE QUALIDADE:	This lot of Anti-Fy ^b surpasses the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK. Este lote de Anti-Fy ^b se encontra de acordo com os requisitos de potência e especificidade descritos na edição atual de “Orientações para os Serviços de Transusão de Sangue no Reino Unido”		

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

(Technical Administrator)
(Administrador Técnico)

DATE: 24 May 2022

DATA: 22 de Maio de 2022